

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022	
	Versión: 1.0	Fecha: 11/07/2022
	Página 1 de 2	

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UN MOLINO DE TRITURACIÓN DE MUESTRAS Y UNA BALANZA GRANATARIA PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CPC A NIVEL 5	44440
DESCRIPCIÓN DEL CPC	MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, TRITURAR, PULVERIZAR,
CPC A NIVEL 9	444400011
DESCRIPCIÓN DEL CPC	MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR TIERRAS, PIEDRAS, MENAS U OTRAS SUBSTANCIAS MINERALES SOLIDAS (INCLUSO POLVOS Y PASTAS).
UNIDAD REQUIERENTE:	Coordinación Técnica de Servicios de Ciencias Forenses
FECHA:	22 de julio de 2024

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO: ADQUISICIÓN DE BIENES**

TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
Molino de trituration de muestras para el Laboratorio de Química Planta Central del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	<p><u>MOLINO DE TRITURACIÓN DE MUESTRAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidad: 24.000 RPM - Potencia 460 W - Voltaje: 220 voltios - Resultado de molienda: 60 -200 - Cámara de trituration de acero inoxidable que garantice la precisión de la molienda - Cubierta del techo de la cámara con ventana hialina para una cómoda observación de los resultados de la molienda. - De pequeño volumen, alta eficiencia de fácil operación y amplias aplicaciones. 	1	Pichincha, Quito, Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Mariscal Sucre
Balanza granataria de muestras para el Laboratorio de Química Planta Central del Servicio Nacional de medicina legal y Ciencias Forenses.	<p><u>BALANZA GRANATARIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 620 g - Resolución: 0,001 g - Tamaño del plato: 160 mm (16) cm - Material del plato: Acero inoxidable - Pantalla digital. - Conexión USB Y RS232 que proporcione comunicación rápida con computadoras e impresoras. - Protector contra corrientes de aire extraíbles en modelos con legibilidad de 0.001 g. - Dispositivo de bloqueo para asegurar el equilibrio - Asas de agarre para levantar la balanza de forma segura. <p>Calibración externa que permita la verificación y el ajuste con pesas.</p>	1	Pichincha, Quito, Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Mariscal Sucre

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022	
	Versión: 1.0	Fecha: 11/07/2022
	Página 2 de 2	

INFORMACIÓN DE CONTACTO		
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:		Dra. Ana Jacqueline Suárez Altamirano Perito en Química Forense
TELÉFONO DE CONTACTO:		0983120218
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:		Las proformas se podrán presentar a través del siguiente medio: <ul style="list-style-type: none">• Portal de compras públicas.

Con base a la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la adquisición de los bienes, **hasta las 11h00 am, del día miércoles 24 de julio de 2024.**

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los bienes (la descripción debe corresponder a los componentes técnicos del bien), cantidad, precio unitario y valor total.
- Plazo de entrega: **establecer plazo.**
- Forma de pago: **100% contra entrega.**
- Vigencia de la oferta: **90 días.**
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- **Copia de RUC.**
- **Copia de RUP.**

Elaborado por:

Ing. Verónica Alexandra Méndez Rivadeneira
Analista Administrativo

Revisado y Aprobado por:

Mgs. Cristian Ernesto Salgado Ortega
Coordinador Técnico de Servicios de Ciencias Forenses