



**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 1 de 4

DATOS GENERALES	
NÚMERO	CTSML-2024-018
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X DE PLANTA CENTRAL QUITO, CENTRO FORENSE ZONAL 6 CUENCA, CENTRO FORENSE ZONAL 3 AMBATO Y OFICINA TÉCNICA FORENSE SANTO DOMINGO DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CPC NIVEL 5	CINCO DIGITOS: 87350
DESCRIPCIÓN DEL CPC	CINCO DIGITOS: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISIÓN Y ÓPTICOS PROFESIONALES
CPC NIVEL 9	NUEVE DIGITOS: 873500012
DESCRIPCIÓN DEL CPC	NUEVE DIGITOS: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
UNIDAD REQUIERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL
FECHA:	19 de agosto de 2024

DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

TIPO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TIPO DE SERVICIO	EQUIPO INTERVENIR	A	MARCA	MODELO	CANT	CIUDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (SERVICIOS) A REALIZAR
Puesta en marcha de los equipos de Rayos X de Planta Central Quito, Centro Forense Zonal 6 Cuenca, Centro Forense Zonal 3 Ambato y Oficina Técnica Forense Santo Domingo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Equipo de RX		SIEMENS	POLYMOBIL	1	Ambato, Parque industrial, sector El Pisque, barrio Amazonas, Av. 4 y calle F.	Revisión y ajuste de partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas.
	Digitalizador de Imágenes de RX		FUJIFILM	FCR PRIMA	1		Revisión y Ajuste de partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajustes de partes electrónicas. Reinstalación de Software y acople o manejo de



**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 2 de 4

						hardware o sistema de digitalizador.
Impresora RX	FUJIFILM	DRIPIX	1			Revisión y ajuste partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas.
Equipo de RX	BMI	JOLLY 30 PLUS DR	1			Revisión y ajuste partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas.
Digitalizador de Imágenes de RX	DIGIRAY	FIRE CR SPARK	1		Santo Domingo, v. Río Toachi y Catacocha. Sector ECU 911	Revisión y ajuste partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas.
Impresora RX	FUJIFILM	DRIPIX	1			Revisión y ajuste partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas.
Repuestos a reemplazar						
Tarjeta Micro procesador Board						
Casete grande para digitalizador Digiray tamaño 14 x 17						
Sistema de Rayos X de digitalización directa	BMI	JOLLY PLUS DR	1		Cuenca, Av. General Escandón, quinta balsa, atrás del estadio de la liga	Revisión y ajuste partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas. Revisión y ajuste de Flat



**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 3 de 4

						Panel detector. Revisión y ajustes sincronización entre Rx y Flat panel
	Impresora RX	FUJIFILM	DRIPIX	1		Limpieza interna del equipo. Configuración de conectividad con el equipo de RX. Revisión general de la impresora.
	Equipo de RX	LANDWING	DR200MATE	1	Av. Mariana de Jesús y Av. Occidental. sector La Granja	Revisión y ajuste partes eléctricas. Revisión y ajuste de partes mecánicas. Revisión y ajuste de partes electrónicas. Revisión y ajuste de Flat Panel detector. Revisión y ajustes sincronización entre Rx y Flat panel

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	REPUESTOS	MANO DE OBRA	12 meses en repuestos 6 meses en mano de obra
X	X		

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Lic. Polo Bravo
TELÉFONO DE CONTACTO:	0983156676
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:	Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Portal de compras públicas.

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, hasta el día **miércoles 21 de agosto de 2024 17h00.**



**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 4 de 4

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE)
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los servicios a contratar (la descripción debe corresponder a las características del servicio requerido por la entidad contratante), cantidad, precio unitario y valor total.
- Plazo de entrega: 25 días a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
- Forma de pago: 100% contra entrega del servicio
- Vigencia de la oferta: 90 días
- Garantía: 6 meses en mano de obra y 12 meses en repuestos
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento, a excepción de los procedimientos de ínfima cuantía.

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.

Elaborado por:

Ing. Raquel Zapata Chávez
Analista Administrativo 2

Revisado y Aprobado por:

Ing. Alejandra Pérez Menéndez
Coordinadora Técnica de Servicios de Medicina Legal