

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 1 de 5

DATOS GENERALES

NÚMERO:	CTSML-2025-003
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO E INSTRUMENTAL TÉCNICO PARA LA UNIDAD DE PATOLOGÍA FORENSE DE SHUSHUFINDI
CPC A NIVEL 5	48180
DESCRIPCIÓN DEL CPC	MOBILIARIO DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, CIRUGIA O VETERINARIA; SILLONES DE PELUQUERIA Y ASIENTOS SIMILARES CON MOVIMIENTOS DE ROTACION Y DE INCLINACION Y ELEVACION
CPC A NIVEL 9	481800115
DESCRIPCIÓN DEL CPC	MESAS QUIRURGICAS
UNIDAD REQUIERENTE:	Coordinación Técnica de Servicios de Medicina Legal
FECHA:	04 de abril de 2025

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO: ADQUISICIÓN DE BIENES**

Nro.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA
1	MESA DE AUTOPSIA	<ul style="list-style-type: none"> • Construida en acero inoxidable 304 de alta calidad • La superficie acabada con arco circular, sin descamación, conveniente para la limpieza. • Con 3 bandejas horadadas y desmontables • Disponer de grifo manual con sensor, temperatura del agua fría y caliente regulable. • Con pistola de agua móvil, presión ajustable, fácil de enjuagar la suciedad. • Con dispositivo de spray de agua en ambos lados, que pueda limpiar el cuerpo automáticamente. • La altura ajustable de al menos 20 cm. • Con un triturador debajo del tanque para eliminar los residuos, que serán drenados. • Con sistema de aspiración de presión negativa para eliminar los gases y olores nocivos durante la 	1	U	Unidad de Patología Forense Shushufindi- Provincia: Sucumbíos Cantón: Shushufindi Parroquia: Shushufindi Localizado en las Calles Haití y Aruba Referencia: Urbanización de la segunda etapa del sindicato de choferes 2 de Shushufindi

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 2 de 5

		<p>disección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: Largo 260 cm o superior, ancho: 80 cm o superior, altura: AJUSTABLE en, al menos, 20 cm en el rango: 72-92 cm. • Capacidad de carga: al menos 200 Kg. • Certificado de calidad. (CE) 			
2	MESA DE MAYO RODANTE	<ul style="list-style-type: none"> • Material: acero inoxidable • Medidas aproximadas: Altura 90 cm; ancho 70 cm; profundidad 45 cm; +/- 5cm. 	1	U	
3	CAMILLA CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CUERPOS	<ul style="list-style-type: none"> • Elevador compuesto de: base, • Capacidad de carga: al menos 200 Kg. • Especial para mesa de autopsias o congelador de cadáveres. • La bandeja del cuerpo con forma cóncava con drenaje, conveniente para la limpieza. • Varilla de empuje de elevación en forma de X, suave, estable y silenciosa. • El controlador de elevación fácil de operar. • Rango de altura ajustable: 400-1700 mm. • El elevador trabaje al menos 120 veces cuando esté completamente cargado. • Actuador de la batería: al menos 7000 N. • Control remoto: que permita la manipulación con un solo operador mediante este control remoto portátil. • Capacidad de la batería: al menos 12 Ah. • 4 ruedas universales silenciosas, 2 con freno. • Tamaño: largo: 220 cm; ancho: 65 cm; altura: desde 42 cm a 130 cm (regulable); medidas +/- 5 cm. • Certificado de calidad. (CE) 	1	U	

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 3 de 5

4	AUTOCLAVE	<ul style="list-style-type: none"> Volumen: al menos 21 litros. Generador de vapor integrado. 2 bandejas con rejilla. Temperatura de trabajo: 134 °C para instrumental quirúrgico. Certificado de calidad. (CE) 	1	U	
5	REFRIGERADOR DE PISO PANORAMICA	<ul style="list-style-type: none"> Refrigerante ecoamigable. De 250 a 270 litros (Zona Interior). Control de temperatura. Botón de desempañador, el cual se pueda activar para mayor visibilidad cuando sea necesario. Parrillas metálicas anti-corrosivas, resistencia al menos 50 Kg. El interior debe estar equipado con iluminación tipo LED. Debe incorporar un motor ventilador eléctrico que optimice el flujo de aire interno, permitiendo un enfriamiento más rápido de los productos. 	1	U	
6	BANDEJAS DE CADÁVERES	<ul style="list-style-type: none"> Material: acero inoxidable 304 de, al menos, 1 mm de grosor. Tamaño: estándar para acomodar a una persona de tamaño y pesos promedio, pero adecuada tanto para el estante como para el carro de transporte. 	1	U	
7	BALANZA COLGANTE	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad: al menos 10 Kg. Tipo colgante. Plato de acero inoxidable. 	1	U	

Nota: La entrega del bien (mesa de autopsia) deberá necesariamente incluir su instalación en el área que la institución lo considere necesario previa coordinación con el administrador del contrato, lo cual no tendrá costo adicional para la entidad.

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 4 de 5

	TIPO		TIEMPO
	BIENES	MANO DE OBRA / INSTALACIÓN	
GARANTÍA TÉCNICA	X	X	La garantía técnica deberá ser de 1 (un) año, la cual correrá a partir de la suscripción del acta entrega recepción definitiva (los mantenimientos de acuerdo al tiempo de vigencia de la garantía de 1 (un) año, serán cada 6 meses; es decir, dos mantenimientos anuales) Los bienes tendrán una garantía de un año contra defectos de fábrica.

INFORMACIÓN DE CONTACTO		
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	DEL	Ing. Cesar Santiesteban Zayas
TELÉFONO DE CONTACTO:		0983715586
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:		Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Portal de compras públicas.

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, **hasta el lunes 07 de abril de 2025 a las 17h00 pm.**

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los bienes (**la descripción debe corresponder a los componentes técnicos del bien**), **cantidad, precio unitario y valor total.**
- Plazo de entrega: hasta 30 días calendario
- Forma de pago: 40% anticipo y 60 % contra entrega
- Vigencia de la oferta: 90 días
- Garantía técnica: La garantía técnica deberá ser de 1 (un) año, la cual correrá a partir de la suscripción del acta entrega recepción definitiva (los mantenimientos de acuerdo al

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 5 de 5

tiempo de vigencia de la garantía de 1 (un) año, serán cada 6 meses; es decir, dos mantenimientos anuales) Los bienes tendrán una garantía de un año contra defectos de fábrica.

- Datos del proveedor (**números de contacto, dirección, correo electrónico**).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.
- Todos los documentos que correspondan a la capacidad técnica, legal o administrativa del proveedor que presente la proforma, debe contener firma electrónica de éste.

Elaborado por:

Mgtr. Nataly Elizabeth Castillo Burbano
Analista Administrativo 2
Coordinación Técnica de Servicios de Medicina Legal

Revisado y Aprobado por:

Mgs. Alejandra Patricia Pérez Menendez
Coordinadora Técnica de Servicios de Medicina Legal
Coordinación Técnica de Servicios de Medicina Legal